BAUSCH Health

DESCRIPTION: enVista IOL Insert / Global / Clearwater

PART No.: 4084108 **SPEC No. or SPEC DIMENSIONS:** 45104 / C-68754

SPECIAL INSTRUCTIONS: n/a

PRINT SUPPLIERS: Please refer to Bausch Health's *Print Supplier Guidelines*

BLACK							

BAUSCH + LOMB

enVista

Hydrophobic Acrylic Intraocular Lens

4084108

EN

FOLDABLE HYDROPHOBIC ACRYLIC UV ABSORBING POSTERIOR CHAMBER INTRAOCULAR LENS

DEVICE DESCRIPTION

The enVista™ intraocular lens (IOL) is a single-piece ultra-violet absorbing posterior chamber intraocular lens developed to replace the natural crystalline lens in adult patients in whom the cataractous lens has been removed.

The enVista IOL has an aspheric optic and is designed to be free of spherical aberration.

PHYSICAL CHARACTERISTICS OF ENVISTA™ MODEL MX60

Lens / Haptic Material	Hydrophobic acrylic (hydroxyethyl methacrylate (HEMA)-polyethylene glycol phenyl ether acrylate (poly(EG)PEA)-styrene copolymer, crosslinked with ethylene glycol dimethacrylate)
Material Characteristics	Index Of Refraction: 1.54 @ 35°C ; Specific Gravity: 1.19 g/ml
Optic Type	Aspheric
Powers	0.0 to +34.0 Diopters (0.0 to +10.0 in 1.0 Diopter increments, +10.0 to +30.0 in 0.5 Diopter increments, and +30.0 to +34.0 in 1.0 Diopter increments)
Dimensions	Body Diameter: 6.0 mm ; Overall Diameter: 12.5 mm ; Haptic Angle: 0°
Spectral Transmittance	**Ultraviolet:** 10% transmittance at 365 nanometers for +20.0 diopter IOL See figure **1** with chart's **X** value = Wavelength (nm) and **Y** value = % Transmittance; chart compares the transmittance curve of an enVista MX60 Lens to a 53 Year Old Human Lens. **A** = +20 Diopter enVista MX60 Lens and **B** = 53 Year Old Human Lens. **NOTE:** Light transmittance values for an IOL material may vary slightly depending on the method of measurement. **Reference:** 53 year old human lens data from Boettner, E.A. and Welter, J. R., "Transmission of the Ocular Media," Investigative Ophthalmology, 1:776-783, 1962

INDICATIONS

Indicated for primary implantation for the visual correction of aphakia in adult patients in whom the cataractous lens has been removed. The lens is intended for placement in the capsular bag.

WARNINGS

Physicians considering lens implantation under any of the following circumstances should weigh the potential risk/benefit ratio:

1. Recurrent severe anterior or posterior segment inflammation or uveitis.
2. Patients in whom the intraocular lens may affect the ability to observe, diagnose, or treat posterior segment diseases.
3. Surgical difficulties at the time of cataract extraction, which might increase the potential for complications (e.g., persistent bleeding, significant iris damage, uncontrolled positive pressure, or significant vitreous prolapse or loss).
4. A distorted eye due to previous trauma or developmental defect in which appropriate support of the IOL is not possible.
5. Circumstances that would result in damage to the endothelium during implantation.
6. Suspected microbial infection.
7. Children under the age of 2 years are not suitable candidates for intraocular lenses.
8. Patients in whom neither the posterior capsule nor zonules are intact enough to provide support.

PRECAUTIONS

1. Do not attempt to resterilize the lens as this can produce undesirable side effects.
2. Do not use if product sterility or quality is thought to be compromised due to damaged packaging or signs of leakage (such as the loss of saline storage solution, or the presence of salt crystallization).
3. Do not soak or rinse the intraocular lens with any solution other than sterile balanced salt solution or sterile normal saline.
4. Do not store the lens at a temperature greater than 43°C (110 °F). DO NOT FREEZE. Do not autoclave the intraocular lens.
5. Do not reuse the lens. It is intended for permanent implantation. If explanted, sterility and proper function cannot be assured.
6. The safety and effectiveness of the enVista IOL have not been substantiated in patients with preexisting ocular conditions and intraoperative complications (see below). Careful preoperative evaluation and sound clinical judgment should be used by the surgeon to decide the benefit/risk ratio before implanting a lens in a patient with one or more of these conditions. Physicians considering lens implantation in such patients should explore the use of alternative methods of aphakic correction and consider lens implantation only if alternatives are deemed unsatisfactory in meeting the needs of the patient.

   Before Surgery
   - Retinal conditions or predisposition to retinal conditions, previous history of, or a predisposition to, retinal detachment or proliferative diabetic retinopathy, in which future treatment may be compromised by implanting this lens.
   - Amblyopia
   - Clinically severe corneal dystrophy (e.g., Fuchs')
   - Rubella, congenital, traumatic or complicated cataracts
   - Extremely shallow anterior chamber, not due to swollen cataract
   - Recurrent anterior or posterior segment inflammation of unknown etiology, or any disease producing an inflammatory reaction in the eye (e.g. iritis or uveitis).
   - Aniridia
   - Iris neovascularization
   - Glaucoma (uncontrolled or controlled with medication)
   - Microphthalmos or macrophthalmos
   - Optic nerve atrophy
   - Previous corneal transplant
   - Pre-existing ocular conditions which may negatively impact stability of the implant.

   During Surgery
   - Mechanical or surgical manipulation required to enlarge the pupil
   - Vitreous loss (significant)
   - Anterior chamber bleeding (significant)
   - Uncontrollable positive intraocular pressure
   - Complications in which the IOL stability could be compromised
7. Patients with preoperative problems such as corneal endothelial disease, abnormal cornea, macular degeneration, retinal degeneration, glaucoma, and chronic drug miosis may not achieve the visual acuity of patients without such problems. The physician must determine the benefits to be derived from lens implantation when such conditions exist.
8. A high level of surgical skill is required for intraocular lens implantation. The surgeon should have observed and/or assisted in numerous implantations and successfully completed one or more courses on intraocular lens implantation before attempting to implant intraocular lenses.
9. As with any surgical procedure, there is risk involved. Potential complications accompanying cataract or implant surgery may include, but are not limited to the following: corneal endothelial damage, infection (endophthalmitis), retinal detachment, vitritis, cystoid macular edema, corneal edema, pupillary block, cyclitic membrane, iris prolapse, hypopyon, transient or persistent glaucoma, and secondary surgical intervention. Secondary surgical interventions include, but are not limited to: lens repositioning, lens replacement, vitreous aspiration or iridectomy for pupillary block, wound leak repair, and retinal detachment repair.
10. Care should be taken to remove all viscoelastic from the anterior and posterior surfaces of the lens.

MODE OF ACTION

enVista IOL's are intended to be folded and placed in the posterior chamber of the eye after the cataractous crystalline lens has been removed.

CALCULATION OF LENS POWER

The recommended A-constant listed on the lens carton is intended for use with axial length measurements obtained by optical biometry. Use of axial length measurements by other techniques (e.g. Applanation A-scan) will normally require a different lens constant. This number is a guideline only and is based on an evaluation of clinical data obtained using the IOL Master.

The physician should determine preoperatively the power of the lens to be implanted. Lens power calculation methods are described in the following references:

- Hoffer K J. The Hoffer Q formula: a comparison of theoretic and regression formulas, Journal of Cataract and Refractive Surgery Vol. 19, pp. 700-712, 1993; ERRATA, Vol. 20, pp. 677, 1994.
- Holladay JT, Musgrove KH, Prager TC, Lewis JW, Chandler TY, Ruiz RS. A three-part system for refining intraocular lens power calculations. Journal of Cataract and Refractive Surgery, Vol. 14, pp. 17-24, 1988.
- Norrby NES. Unfortunate Discrepancies, Letter to the Editor and Reply by Holladay JT. Journal of Cataract and Refractive Surgery, Vol. 24, pp. 433-434, 1998.
- Olsen T, Olesen H, Thim K, and Corydon L. Prediction of pseudophakic anterior chamber depth with the newer IOL calculation formulas. Journal of Cataract and Refractive Surgery, Vol. 18, pp. 280-285, 1992.
- Retzlaff JA, Sanders DR, Kraff MC. Development of the SRK/T intraocular lens implant power calculation formula. Journal of Cataract and Refractive Surgery, Vol. 16, pp. 333-340, 1990; ERRATA, Vol. 16, pp. 528, 1990.
- Haigis W: The Haigis Formula. In: Intraocular lens power calculations. H. John Shammas (eds), Slack Incorporated, Thorofare, NJ, USA, pp. 39-57, 2004.

DIRECTIONS FOR USE

1. Prior to implanting, examine the lens package for type, power, and proper configuration.
2. Open the peel pouch and remove the vial in a sterile environment.
3. Remove the lid from the vial.
4. With a pair of smooth forceps, remove the lens from the vial by gently grasping the lens haptic.
5. Rinse the entire lens with sterile balanced salt solution or sterile normal saline.
6. Examine the lens thoroughly to ensure particles have not become attached to it, and examine the lens optical surfaces for other defects.
7. The lens may be soaked in sterile balanced salt solution until ready for implantation.
8. *Amvisc*, *Amvisc Plus*, or *OcuCoat* viscoelastic should be used for lubrication of the deleivery system when inserting the lens.
9. Bausch + Lomb recommends using a Bausch + Lomb approved delivery system.
10. There are various surgical procedures that can be utilized, and the surgeon should select a procedure that is appropriate for the patient. Surgeons should verify that appropriate instrumentation is available prior to surgery.

OVERVIEW OF CLINICAL STUDIES

Clinical studies have been conducted on the enVista single-piece IOL (model MX60) and the parent xact X-60 three-piece IOL (model X-60). The results of clinical investigations provide reasonable assurance that the Model MX60 IOL is safe and effective for the visual correction of aphakia following cataract extraction.

For the enVista MX60 clinical study, all subjects in the safety analysis set were evaluated for IOL glistenings at Form 3 and Form 4 visits. IOL glistenings were evaluated via retroillumination slit lamp examination utilizing a photographic grading scale provided in the protocol. The grading scale consisted of (in order of severity), "none, grade 0 (trace), grade 1, 2, 3, or 4." No glistenings of any grade were reported for any subject at any visit in the clinical study.

HOW SUPPLIED

The lens is individually packaged in a sterile vial (containing a 0.9% saline solution), within a peel pouch, and should only be opened under sterile conditions. A patient card and self-adhesive labels are supplied to provide traceability of the lens. The package is sterilized by gamma irradiation.

EXPIRATION DATE

Sterility is guaranteed unless the pouch is damaged or opened. The expiration date on the lens package is the sterility expiration date. This lens should not be implanted after the indicated sterility expiration date.

ADVERSE EVENT REPORTING

Adverse events and/or potentially sight threatening complications that may be regarded as lens related and that were not previously expected in nature, severity or degree of incidence should be reported within five (5) days to Bausch + Lomb. This information is being requested from all surgeons in order to document potential long-term effects of intraocular lens implantation.

Physicians are encouraged to report these events in order to aid in identifying emerging or potential problems with intraocular lenses. These problems may be related to a specific lot of lenses or may be indicative of long-term effects associated with these lenses or with IOLs in general. If you wish to report a problem, please call Bausch + Lomb at 1-800-338-2020.

PATIENT REGISTRATION INSTRUCTIONS AND REPORTING REGISTRATION

Each patient who receives an enVista IOL must be registered with Bausch + Lomb at the time of lens implantation. Registration is accomplished by completing the Implant Registration Card that is enclosed in the lens package and mailing it to Bausch + Lomb. Patient registration is essential and will assist Bausch + Lomb in responding to adverse reaction reports and/or potentially sight-threatening complications. An implant identification card is supplied in the lens package and must be given to the patient.

RETURNED GOODS POLICY

All lenses being returned must be accompanied by a returned goods authorization number issued by Bausch + Lomb Customer Service. Call 1-800-338-2020 for return authorization and full policy information.

WARRANTY

Bausch & Lomb Incorporated warrants that the intraocular lens, when delivered, will conform to all applicable laws and the manufacturer's then current version of the published specifications for such intraocular lens in all material respects and will be free from defects in material and workmanship.

BAUSCH & LOMB INCORPORATED DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR BY OPERATION OF LAW, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. BAUSCH & LOMB INCORPORATED SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT OR EXEMPLARY DAMAGES OF ANY KIND, DIRECTLY OR INDIRECTLY ARISING FROM THE PURCHASE OR USE OF THIS PRODUCT EVEN IF BAUSCH & LOMB INCORPORATED HAD BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSS, DAMAGE OR EXPENSE.

SYMBOLS USED ON LABELING

Symbol	Description	Symbol	Description
PC	Posterior Chamber	$Ø_B$	Body Diameter (Optic Diameter)
UV	Ultraviolet	$Ø_T$	Overall Diameter (Overall Length)
D	Diopter	SN	Serial Number
(Green Dot symbol)	Member Green Dot Scheme	Rx ONLY	Caution: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a physician

Bausch & Lomb Incorporated
Rochester, NY 14609 USA

EC REP Bausch & Lomb GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin, Germany

Manufacturing Site: Bausch & Lomb Incorporated, 21 Park Place Blvd. North, Clearwater, FL 33759 USA

U.S. Patents: 6281319 and 6635731.

®/™ are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.
All other brand/product names are trademarks of their respective owners. © Bausch & Lomb Incorporated.

Rev. 2018-08

Rx ONLY | STERILE R | 2 | STERILIZE | 0°C 32°F – 43°C 110°F

CE 0197

FR

LENTILLES INTRAOCULAIRES ANTI-UV PLIABLES EN ACRYLIQUE HYDROPHOBE DE CHAMBRE POSTÉRIEURE

DESCRIPTION DU DISPOSITIF


La lentille intraoculaire (IOL) enVista™ est un implant intraoculaire monobloc de chambre postérieure avec filtre UV développé pour remplacer le cristallin naturel chez les patients adultes ayant subi une ablation du cristallin cataracté.

L'implant intraoculaire enVista possède une optique asphérique ; il est conçu pour être exempt de toute aberration sphérique.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU MODÈLE MX60 ENVISTA™

Matériau de l'implant/l'haptique	Acrylique hydrophobe (méthacrylate d'hydroxyéthyle (HEMA) - acrylate de polyéthylène glycol phényléther (poly(EG)PEA) - coplymère de styrène, réticulé avec du diméthacrylate d'éthylène glycol).
Caractéristiques du matériau	Indice de réfraction : 1,54 à 35 °C ; gravité spécifique : 1,19 g/ml
Type d'optique	Asphérique
Puissances	0,0 à +34,0 dioptries (0,0 à +10,0 par incréments de 1,0 dioptrie, +10,0 à +30,0 par incréments de 0,5 dioptrie, et +30,0 à +34,0 par incréments de 1,0 dioptrie)
Dimensions	Diamètre du corps : 6,0 mm ; diamètre total : 12,5 mm ; angle haptique : 0°

1



Transmission spectrale	**Ultraviolet :** transmission de 10 % à 365 nanomètres pour un implant intraoculaire de +20,0 dioptries Voir la figure **1** avec valeur **X** du tableau = longueur d'ondes (nm) et la valeur **Y** = % de transmission ; le tableau compare la courbe de transmission d'une lentille MX60 enVista avec le cristallin naturel d'un sujet âgé de 53 ans. **A** = lentille MX60 enVista de +20 dioptries et **B** = cristallin naturel d'un sujet âgé de 53 ans. **REMARQUE :** les valeurs de la transmission d'un matériau d'implant intraoculaire peuvent varier légèrement en fonction de la méthode de mesure. **Référence :** Données sur le cristallin naturel d'un sujet âgé de 53 ans de Boettner, E.A. and Welter, J. R., "Transmission of the Ocular Media," Investigative Ophthalmology, 1:776-783, 1962

INDICATIONS

Indiquées dans l'implantation primaire pour la correction visuelle de l'aphaquie chez les patients adultes ayant subi une ablation du cristallin cataracté. L'implant est destiné à être positionné dans le sac capsulaire.

MISES EN GARDE

Les médecins envisageant l'implantation dans l'une des circonstances suivantes doivent déterminer le rapport bénéfice/risque potentiel :

1. inflammation sévère et récurrente du segment antérieur ou postérieur, ou uvéite ;
2. patients chez lesquels l'implant intraoculaire peut altérer la capacité à observer, à diagnostiquer ou à traiter les maladies du segment postérieur ;
3. difficultés chirurgicales lors de l'extraction de la cataracte pouvant accroître le risque de complications (p. ex., saignements persistants, lésions iridiennes significatives, pression positive incontrôlée, perte ou prolapsus significatif de l'humeur vitrée) ;
4. déformation oculaire, due à un traumatisme antérieur ou à un défaut de croissance, ne permettant pas le soutien adapté de l'implant intraoculaire ;
5. circonstances risquant d'entraîner des lésions de l'endothélium lors de l'implantation ;
6. suspicion d'infection microbienne ;
7. les implants intraoculaires ne conviennent pas aux enfants de moins de 2 ans ;
8. patients chez lesquels la capsule postérieure et/ou les zonules sont suffisamment abîmées pour ne pas offrir un soutien adéquat.

HU

HIDROFÓB AKRILPOLIMERBŐL KÉSZÜLT, HÁTSÓ CSARNOKBA ÜLTETENDŐ, UV-ELNYELŐ, ÖSSZEHAJTHATÓ INTRAOKULÁRIS LENCSE

ESZKÖZLEÍRÁS
Az enVista™ intraokuláris lencse (IOL) egyrészes, ultraibolya-sugárzást elnyelő, hátsó csarnokba beültetendő intraokuláris lencse, amelyet a természetes szemlencse helyettesítésére fejlesztettek ki olyan betegek számára, akiknél szürkehályog miatt eltávolították a szemlencsét.
Az enVista IOL lencse aszférikus optikával rendelkezik, és úgy alakították ki, hogy a szférikus aberrációtól mentes legyen.

AZ ENVISTA™ LENCSE FIZIKAI JELLEMZŐI

A lencse / haptika anyaga	Hidrofób akril (etilén-glikol-dimetakriláttal keresztkötésben lévő hidroxietil-metakrilát (HEMA)-polietilén-glikol-fenil-éter-akrilát (poli(EG)PEA)-sztirén kopolimer)
Az anyag jellemzői	Törésmutató: 35 °C mellett 1,54; fajsúly: 1,19 g/ml
Optika típusa	Aszférikus
Törőerő	0,0 - +34,0 dioptria (0,0 - +10,0 dioptria 1,0 dioptriás léptékkel, +10,0 - +30,0 dioptria 0,5 dioptriás léptékkel és +30,0 - +34,0 dioptria 1,0 dioptriás léptékkel)
Méretek	Test átmérő: 6,0 mm; teljes átmérő: 12,5 mm; haptika szöge: 0°
Spektrális fényáteresztő képesség	**Ultraibolya:** 10 %-os fényáteresztő képesség 365 nanométeren a +20,0 dioptriás intraokuláris lencse esetében. Lásd az **1** ábra grafikonján az **X**-értéket = hullámhossz (nm) és az **Y**-értéket = %-os fényáteresztő képesség. Ezen a grafikonon az MX60 modellszámú enVista lencse és egy 53 éves emberi szemlencse fényáteresztő képességének összehasonlítása látható. **A** = + 20 dioptriás enVista lencse (MX60 modell) és **B** = 53 éves ember szemlencséje. **MEGJEGYZÉS:** Egy adott intraokuláris lencse anyagára vonatkozóan a fényáteresztés értéke kismértékben függhet a mérési módszertől. **Szakirodalom:** Az 53 éves emberi szemlencsére vonatkozó adatok a következő kiadványból származnak: Boettner, E.A. and Welter, J. R., "Transmission of the Ocular Media," Investigative Ophthalmology, 1:776-783, 1962

JAVALLATOK
Primer beültetésük olyan afákiás felnőtt betegek látásának korrigálására szolgál, akiknél szürkehályog miatt eltávolították a szemlencsét. A lencse a lencsetokba ültetendő be.

FIGYELMEZTETÉSEK
Az alábbi körülmények bármelyikének fennállása esetén a lencsebeültetést tervező orvosoknak mérlegelniük kell a lehetséges kockázatokat az előnyökkel szemben:
1. Az elülső vagy hátsó szegmenst érintő ismétlődő, súlyos gyulladás vagy uveitis.
2. Olyan betegek, akiknél az intraokuláris lencse befolyásolhatja a hátsó szegmenst érintő betegségek megfigyelését, diagnosztizálását vagy kezelését.
3. A szürkehályog eltávolításakor jelentkező műtéti nehézségek, amelyek növelhetik a szövődmények kockázatát (például folyamatos vérzés, jelentős íriszsérülés, uralhatatlan túlnyomás vagy jelentős üvegtest-előesés vagy -veszteség).
4. Korábbi trauma vagy fejlődési rendellenesség miatt torzult szem, amelyben az intraokuláris lencse megfelelő alátámasztása nem lehetséges.
5. Olyan körülmények fennállása, amelyek a beültetés során az endothelium sérülését eredményeznék.
6. Mikrobiális fertőzés gyanúja.
7. 2 év alatti gyermekek nem alkalmas alanyok intraokuláris lencse beültetésére.
8. Olyan betegek, akiknél sem a hátsó tok, sem a zonulák nem megfelelőek az alátámasztás biztosításához.

ÓVINTELMEK
1. Ne próbálja újrasterilizálni a lencsét, mert az nemkívánatos mellékhatásokat okozhat.
2. Ne használja a terméket, ha úgy véli, hogy a sterilitása, illetve a minősége megkérdőjelezhető a csomagolás sérüléséből eredően vagy szivárgás jelei (például a tároló fiziológiás sóoldat csökkent mennyisége vagy sókristályok jelenléte) miatt.
3. Az intraokuláris lencsét kizárólag steril, fiziológiás sóoldatba vagy normál steril sóoldatban áztassa, illetve csakis azzal öblítse le.
4. Ne tárolja a lencsét 43 °C-nál magasabb hőmérsékleten! TILOS LEFAGYASZTANI! Ne autoklávozza az intraokuláris lencsét!
5. Ne használja újra a lencsét! A lencse egyszeri, állandó jellegű beültetésre szolgál. Ha a lencse eltávolításra kerül, azután nem biztosítható a sterilitása és a megfelelő működése.
6. Az enVista intraokuláris lencse biztonságosságát és hatékonyságát nem igazolták olyan betegek esetében, akiknél már eleve fennállnak szembetegségek, illetve a műtét alatt szövődmények lépnek fel (lásd alább). A szemsebésznek a műtét előtt alapos értékelést kell végeznie, és megalapozott klinikai döntést kell hoznia az előnyök és kockázatok aránya tekintetében, mielőtt elvégezné a lencse beültetését olyan betegnél, akinél ezen állapotok közül egy vagy több fennáll. Ilyen betegek esetében a lencsebeültetést tervező orvosoknak mérlegelniük kell az afákia korrekciójára rendelkezésre álló egyéb módszerek alkalmazását, és csak akkor jöjjön szóba a lencse beültetése, ha az egyéb módszerek nem tekinthetők megfelelőnek a beteg igényeinek kielégítésére.

A műtét előtt
- A retina betegségei vagy retinabetegségekre hajlamosító állapotok, továbbá retinaleválás vagy proliferatív diabeteses retinopathia a kórelőzményben vagy ezekre hajlamosító tényezők fennállása, mert ilyen esetekben a későbbi kezelést zavarhatja a beültetett lencse;
- Amblyopia;
- Klinikailag súlyos szaruhártya-dystrophia (például Fuchs-féle szaruhártya-dystrophia);
- Rubeola, veleszületett, traumás vagy szövődményes szürkehályog;
- Rendkívül sekély elülső kamra, amely nem szürkehályog-duzzanat következménye;
- Az elülső vagy hátulsó szegmenst érintő, ismeretlen etiológiájú visszatérő gyulladás, illetve a szemben gyulladásos reakciót kiváltó bármilyen betegség (például iritis vagy uveitis);
- Aniridia;
- Az iris neovascularisatiója;
- Zöldhályog (kezeletlen vagy gyógyszeresen kezelt);
- Microphthalmia vagy macrophthalmia;
- Látóideg-sorvadás;
- Korábbi szaruhártya-transzplantáció;
- Eleve fennálló szembetegségek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az implantátum stabilitását.

A műtét alatt
- Pupillatágításhoz szükséges mechanikus műveletek vagy műtéti eljárások;
- Az üvegtest mennyiségének (jelentős) csökkenése;
- Vérzés az elülső csarnokban (jelentős mértékű);
- Uralhatatlan pozitív intraokuláris nyomás;
- Olyan szövődmények, amelyek veszélyeztethetik az intraokuláris lencse stabilitását.

7. Azoknál a betegeknél, akiknél a műtét előtt szemproblémák, például a szaruhártya endotheliumát érintő betegség, szaruhártya-betegség, makuláris degeneráció, retina-degeneráció, zöldhályog vagy gyógyszer okozta krónikus pupillaszűkület áll fenn, nem feltétlenül lehet ugyanolyan látásélességet elérni, mint az ilyen szembetegségekben nem szenvedő betegeknél. Az orvosnak kell meghatároznia, hogy ilyen problémák fennállása esetén milyen előnyök érhetők el a lencse beültetésével.
8. Az intraokuláris lencse beültetéséhez magas szintű orvosi szaktudás szükséges. Mielőtt a sebész első alkalommal lencsebeültetést végezne, számos implantációt kell végignéznie és/vagy ezekhez asszisztálnia, és sikeresen el kell végeznie egy vagy több tanfolyamot az intraokuláris lencsék beültetése tárgyában.
9. Mint minden műtéti eljárás, ez is kockázatokkal jár. A szürkehályog- vagy implantációs műtéttel járó lehetséges szövődmények többek között a következők lehetnek: a szaruhártya endotheliumának károsodása, fertőzés (endophthalmitis), retinaleválás, üvegtest-gyulladás, cisztoid makuláris ödéma, szaruhártya-ödéma, pupilláris blokk, cyclicticus membrán, szivárványhártya-előesés, hypopyon, átmeneti vagy tartós zöldhályog és másodlagos műtéti beavatkozás. A másodlagos műtéti beavatkozások közé többek között az alábbiak tartozhatnak: lencse-újrapozicionálás, lencsecsere, csarnokvíz-aspiráció vagy iridektómia a pupilláris blokk megszüntetésére, sebszivárgás megszüntetése és levált retina helyreállítása.
10. Ügyelni kell arra, hogy az összes viszkoelasztikus anyag eltávolításra kerüljön a lencse elülső és hátsó felszínéről.

A MŰKÖDÉS MÓDJA
Az enVista intraokuláris lencsét tervezése szerint összehajtva kell a szem hátsó kamrájába behelyezni, miután a szürkehályogos szemlencse eltávolításra került.

A LENCSE TÖRŐEREJÉNEK KISZÁMÍTÁSA
A lencse dobozán feltüntetett ajánlott A-állandó optikai biometriával végrehajtott tengelyhosszmérésekhez alkalmazandó. Egyéb módszerekkel végzett tengelyhosszméréseknél (például applanációs A-szken) általában más lencseállandóra van szükség. Ez a szám csak támpontként szolgál, és az IOL-sablon alkalmazásával kapott klinikai adatok értékelésén alapul.
Az orvosnak az operáció előtt meg kell határoznia a beültetendő lencse törőerejét. Az alábbi szakirodalmi hivatkozások részletes információkat szolgáltatnak a lencsék törőerejének kiszámítási módszereiről:

- Hoffer K J. The Hoffer Q formula: a comparison of theoretic and regression formulas, Journal of Cataract and Refractive Surgery Vol. 19, pp. 700-712, 1993; ERRATA, Vol. 20, pp. 677, 1994.
- Holladay JT, Musgrove KH, Prager TC, Lewis JW, Chandler TY, Ruiz RS. A three-part system for refining intraocular lens power calculations. Journal of Cataract and Refractive Surgery, Vol. 14, pp. 17-24, 1988.
- Norrby NES. Unfortunate Discrepancies, Letter to the Editor and Reply by Holladay JT. Journal of Cataract and Refractive Surgery, Vol. 24, pp. 433-434, 1998.
- Olsen T, Olesen H, Thim K, and Corydon L. Prediction of pseudophakic anterior chamber depth with the newer IOL calculation formulas. Journal of Cataract and Refractive Surgery, Vol. 18, pp. 280-285, 1992.
- Retzlaff JA, Sanders DR, Kraff MC. Development of the SRK/T intraocular lens implant power calculation formula. Journal of Cataract and Refractive Surgery, Vol. 16, pp. 333-340, 1990; ERRATA, Vol. 16, pp. 528, 1990.
- Haigis W: The Haigis Formula. In: Intraocular lens power calculations. H. John Shammas (eds), Slack Incorporated, Thorofare, NJ, USA, pp. 39-57, 2004.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
1. Beültetés előtt ellenőrizze a lencse csomagolásán a típust, a törőerőt és a megfelelő kialakítást.
2. Nyissa ki a szétbontható tasakot, és steril körülmények között vegye ki az üveget.
3. Távolítsa el az üveg fedelét.
4. Sima felületű csipesszel, a haptikánál fogva, óvatosan vegye ki a lencsét az üvegből.
5. Öblítse le a lencse teljes felületét steril fiziológiás sóoldattal vagy normál steril sóoldattal.
6. Gondosan ellenőrizze, hogy nem tapadtak-e szemcsék a lencsére, illetve hogy nincs-e a lencse optikai felszínein bármilyen egyéb hiba.
7. A beültetésig a lencse steril fiziológiás sóoldatba merítve tárolható.
8. Az intraokuláris lencse beültetésekor *Amvisc*, *Amvisc Plus* vagy *OcuCoat* viszkoelasztikus anyag alkalmazandó az adagolórendszer kenéséhez.
9. A Bausch + Lomb a Bausch + Lomb által jóváhagyott lencsebeültető rendszerek használatát javasolja.
10. Többféle műtéti eljárás alkalmazható, és a szemsebésznek kell kiválasztania az adott beteg esetében megfelelő módszert. A szemsebésznek ellenőriznie kell a műtét előtt, hogy a megfelelő műszerek rendelkezésre állnak-e.

A KLINIKAI VIZSGÁLATOK ÁTTEKINTÉSE
Klinikai vizsgálatokat az enVista egyrészes intraokuláris lencsével (MX60-as modell), valamint ennek elődjével, az xact X-60 háromrészes intraokuláris lencsével (X-60-as modell) végeztek. A klinikai vizsgálatok eredményei nagy biztonsággal megerősítik, hogy az intraokuláris lencsék MX60-as modellje biztonságos, és hatékony a szürkehályog miatt szemlencse-eltávolításon átesett afákiás betegek látáskorrekciójában.
Az enVista MX60-as modellel végzett klinikai vizsgálat során a biztonságossági elemzési részben valamennyi vizsgálati alanynál értékelték az intraokuláris lencse becsillogását a 3. és 4. vizit alkalmával. Az intraokuláris lencse becsillogását retroilluminációs réslámpás vizsgálattal értékelték, amelyhez a protokollban megadott fényképes értékelő skálát alkalmazták. Az értékelő skála a következő elemekből állt (a becsillogás erősségének sorrendjében): „nincs becsillogás, illetve 0 fokú (nyomokban jelenlévő), 1-es, 2-es, 3-as vagy 4-es fokú csillogás." A klinikai vizsgálat során végzett vizitek során egyik vizsgálati alany esetében sem számoltak be bármilyen fokú becsillogásról.

KISZERELÉS
A lencse egyesével, lehúzható tasakba van csomagolva egy steril (0,9%-os sóoldatot tartalmazó) üvegbe, és kizárólag steril körülmények között szabad felbontani. A lencsék nyomon követhetősége érdekében mellékelve van egy betegkártya és egy öntapadós címke. A csomag sterilizálása gamma-besugárzással történt.

LEJÁRATI DÁTUM
A sterilitás garantált, amennyiben a steril tasak nem sérült, illetve nem nyitották ki. A lencse csomagolásán feltüntetett lejárati dátum a sterilitás lejárati dátuma. A lencse nem ültethető be a sterilitás jelzett lejárati dátuma után!

NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK JELENTÉSE
A lencsével kapcsolatosnak tekinthető, valamint jellegét, súlyosságát, illetve előfordulási gyakoriságát tekintve korábban nem várt nemkívánatos eseményeket és/vagy a látást potenciálisan veszélyeztető szövődményeket öt (5) napon belül jelenteni kell a Bausch + Lomb vállalatnak. Az ilyen jellegű információ nyújtását minden sebésztől kérjük annak érdekében, hogy az intraokuláris lencsék implantációjának potenciális hosszú távú hatását megfelelően dokumentálhassuk.
Kérjük az orvosokat, hogy jelentsék ezeket az eseményeket, elősegítve ezzel az intraokuláris lencsékkel kapcsolatosan újonnan felmerülő vagy lehetséges problémák felismerését. Előfordulhat, hogy ezek a problémák csak a lencsék bizonyos tételeire vonatkoznak, de jelezhetnek olyan hosszú távú hatásokat is, amelyek ezekkel a lencsékkel vagy általában az intraokuláris lencsékkel kapcsolatosak. Ha problémáról szeretne beszámolni, kérjük, hívja a Bausch + Lomb vállalatot a +1-800-338-2020-as számon.

A BETEG REGISZTRÁCIÓJA ÉS A REGISZTRÁCIÓ BEJELENTÉSE
Minden olyan beteget, aki enVista intraokuláris lencsét kap, regisztrálni kell a Bausch + Lomb vállalatnál a lencse beültetésekor. A regisztrációhoz ki kell tölteni, majd postai úton el kell küldeni a Bausch + Lomb vállalatnak a lencse csomagolásában található implantációs regisztrációs kártyát. A betegek regisztrációja elengedhetetlen, és segíti a Bausch + Lomb vállalatot a nemkívánatos reakciókra való reagálásban és/vagy a látást potenciálisan veszélyeztető szövődmények kivédésében. Az implantációs regisztrációs kártya a lencse csomagolásában található, és a betegnek át kell adni.

ÁRUVISSZAKÜLDÉSI SZABÁLYOK
A visszaküldött lencsékhez mindig mellékelni kell a Bausch + Lomb ügyfélszolgálata által kiadott visszáru-engedélyezési számot. A visszaküldés engedélyezéséről és a részletes szabályokról érdeklődjön az Egyesült Államokban hívható +1-800-338-2020-as telefonszámon.

GARANCIA
A Bausch & Lomb Incorporated vállalat garantálja, hogy az intraokuláris lencse a szállításkor minden anyagi vonatkozásban megfelel az összes vonatkozó törvényi előírásoknak, illetve az intraokuláris lencséről a gyártó által közzétett, az adott időpontban érvényben lévő műszaki előírásoknak, továbbá mentes az anyag- és gyártási hibáktól.
A BAUSCH & LOMB INCORPORATED VÁLLALAT SEMMIFÉLE MÁS GARANCIÁT NEM NYÚJT, LEGYENEK AZOK KIFEJEZETTEK, HALLGATÓLAGOSAK VAGY TÖRVÉNYI GARANCIÁK, A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT IS. A BAUSCH & LOMB INCORPORATED VÁLLALAT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁBÓL KÖZVETETTEN VAGY KÖZVETLENÜL ADÓDÓ SEMMILYEN JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETETT VAGY BÍRSÁGKÉNT KELETKEZETT KÁRÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA A BAUSCH & LOMB INCORPORATED ELŐZETESEN TUDOMÁST SZERZETT AZ ILYEN VESZTESÉGEK, KÁROK VAGY KÖLTSÉGEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A CÍMKÉN SZEREPLŐ JELEK

Jel	Leírás	Jel	Leírás
PC	hátsó kamra	$Ø_B$	optikai átmérő
UV	ultraibolya	$Ø_T$	teljes átmérő (teljes hossz)
D	dioptria	SN	Sorozatszám
(Green Dot symbol)	A Zöld Pont védjegyprogram tagja	Rx ONLY	Figyelem: A(z amerikai) szövetségi törvények értelmében az eszköz kizárólag orvos által vagy orvosi rendelvényre értékesíthető.

Bausch & Lomb Incorporated
Rochester, NY 14609 USA
EC REP Bausch & Lomb GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin, Germany
Gyártás helye: Bausch & Lomb Incorporated, 21 Park Place Blvd. North, Clearwater, FL 33759 USA

Amerikai szabadalmak száma: 6281319. és 6635731. Az „®/™" jelek a Bausch & Lomb Incorporated vállalatnak vagy leányvállalatainak védjegyei. Minden más márka/termék neve a tulajdonosa védjegyét képezi. © Bausch & Lomb Incorporated.

PL

ZWIJALNA, HYDROFOBOWA AKRYLOWA, TYLNOKOMOROWA SOCZEWKA WEWNĄTRZGAŁKOWA POCHŁANIAJĄCA PROMIENIOWANIE UVLENS

OPIS PRZYRZĄDU
Soczewka wewnątrzgałkowa enVista™ jest jednoczęściową tylnokomorową, pochłaniającą promieniowanie ultrafioletowe soczewką wewnątrzgałkową przeznaczoną do zastępowania krystalicznej soczewki naturalnej u dorosłych po usunięciu zaćmy.
Wewnątrzgałkowa soczewka enVista posiada asferyczną część optyczną i jest zaprojektowana jako element wolny od aberracji sferycznej.

PARAMETRY FIZYCZNE MODELU MX60 ENVISTA™

Soczewka / część haptyczna	Hydrofobowy akrylowy (kopolimer metakrylanu hydroksyetylu (HEMA)–akrylanu eteru fenylowo-polietylenoglikolowego (poly(EG)PEA)–styrenu, sieciowany dimetakrylanem glikolu etylenowego)
Właściwości materiału	Wskaźnik refrakcji: 1,54 @ 35°C ; Ciężar właściwy: 1,19 g/ml
Typ układu optycznego	Asferyczny
Moc	0,0 do 34,0 dioptrii (0,0 do +10,0 dioptrii z przyrostami co 1,0 dioptrię, +10,0 do +30,0 z przyrostami co 0,5 dioptrii oraz +30,0 do 34,0 dioptrii z przyrostami co 1,0 dioptrię.)
Wymiary	Średnica części optycznej: 6,0 mm ; średnica całkowita: 12,5 mm ; kąt części haptycznej: 0°
Przepuszczalność spektralna	**Promieniowanie ultrafioletowe:** 10% przepuszczalności przy 365 nanometrach dla soczewki wewnątrzgałkowej +20,0 dioptrii Patrz rysunek **1** wartość **X** na wykresie = długość fali (nm) i wartość **Y** = % przepuszczalności; wykres przedstawia porównanie krzywej przepuszczalności światła soczewki enVista MX60 do soczewki ludzkiej u osoby 53 letniej. **A** = Soczewka +20 dioptrii enVista MX60 i **B** = soczewka ludzka u osoby 53 letniej. **UWAGA:** Wartości przepuszczalności światła dla materiału, z którego wykonano soczewki wewnątrzgałkowe, mogą się nieznacznie różnić w zależności od metody pomiaru. **Piśmiennictwo:** Dane dotyczące ludzkiej soczewki osoby 53 letniej pochodzą od autorów Boettner, E.A. i Welter, J. R., "Transmission of the Ocular Media," Investigative Ophthalmology, 1:776-783, 1962

WSKAZANIA
Soczewki są wskazane do pierwotnej implantacji w celu korekcji bezsoczewkowości (afakii) u osób dorosłych po usunięciu zaćmy. Soczewka jest przeznaczona do umieszczania w torebce soczewki.

OSTRZEŻENIA
Lekarze rozważający implantację soczewki w poniższych sytuacjach powinni uwzględnić stosunek potencjalnego ryzyka do korzyści:
1. Powtarzające się ostre zapalenie przedniego lub tylnego odcinka gałki ocznej lub zapalenie błony naczyniowej oka.
2. Pacjenci, u których soczewka wewnątrzgałkowa może wpłynąć na zdolność do obserwowania, diagnozowania lub leczenia chorób tylnego odcinka gałki ocznej.
3. Problemy chirurgiczne podczas zabiegu usuwania zaćmy, które mogą zwiększyć ryzyko powikłań (np. długotrwałe krwawienie, znaczne uszkodzenie tęczówki, niekontrolowane dodatnie ciśnienie lub znaczne obkurczenie ciała szklistego lub jego ubytek).
4. Zniekształcenie oka spowodowane wcześniejszym urazem lub defektem rozwojowym, który uniemożliwia prawidłowe podtrzymanie soczewki wewnątrzgałkowej.
5. Okoliczności, które mogą spowodować uszkodzenie śródbłonka przy wszczepianiu.
6. Podejrzewana infekcja mikrobiologiczna.
7. Dzieci poniżej 2 lat nie są odpowiednimi kandydatami do wszczepienia soczewek wewnątrzgałkowych.
8. Pacjenci, u których tylna torebka ani obwódki nie są zbyt naruszone, aby zapewnić oparcie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Nie podejmować prób ponownej sterylizacji soczewki, ponieważ może to spowodować niepożądane skutki uboczne.
2. Nie stosować, jeżeli sterylność produktu lub jego jakość jest uważana za zagrożoną ze względu na uszkodzone opakowanie lub podejrzenie wycieku (np. utrata roztworu soli fizjologicznej do przechowywania lub krystalizacja soli).
3. Nie zanurzać ani nie płukać soczewek w roztworach innych niż zrównoważony sterylny roztwór soli fizjologicznej lub sterylna zwykła sól fizjologiczna.
4. Nie przechowywać soczewek w temperaturze powyżej 43°C (110°F). NIE ZAMRAŻAĆ. Soczewki wewnątrzgałkowej nie sterylizować w autoklawie.
5. Nie używać soczewki ponownie. Jest ona przeznaczona do implantacji stałej. W przypadku eksplantacji nie można zapewnić sterylności i właściwej funkcji soczewki.
6. Bezpieczeństwo i skuteczność soczewki wewnątrzgałkowej enVista nie zostały potwierdzone u pacjentów z poprzedzającymi schorzeniami okulistycznymi i powikłaniami śródoperacyjnymi (patrz poniżej). Staranna ocena przedoperacyjna i rozsądna ocena kliniczna powinny być wykorzystane przez chirurga, aby zadecydować o stosunku potencjalnego ryzyka do korzyści przed wszczepieniem soczewki u pacjenta, u którego występuje jedno lub więcej z tych schorzeń. Lekarze rozważający wszczepienie soczewki u tych pacjentów powinni zbadać możliwość zastosowania alternatywnych metod korekcji bezsoczewkowych i rozważyć wszczepienie soczewki tylko wtedy, gdy alternatywy są uważane za niewystarczające do zaspokojenia potrzeb pacjenta.

Przed zabiegiem operacyjnym
- Schorzenia siatkówki lub predyspozycje do schorzeń siatkówki, poprzedzający wywiad dotyczący tych schorzeń lub predyspozycja do ich występowania, odwarstwienie siatkówki lub proliferacyjna retinopatia cukrzycowa, w przypadku której przyszłe leczenie może być uniemożliwione z powodu wszczepienia soczewki
- Niedowidzenie
- Klinicznie ciężka dystrofia rogówki (np. Fuchsa)
- Różyczka, wrodzone, urazowe lub powikłane zaćmy
- Skrajnie płytka komora przednia oka, nie wynikająca z zaćmy pęczniejącej
- Powtarzające się zapalenie przedniego lub tylnego odcinka gałki ocznej nieznanego pochodzenia lub jakakolwiek choroba wywołująca stan zapalny oka (np. zapalenie tęczówki lub zapalenie błony naczyniowej)
- Brak tęczówki
- Neowaskularyzacja tęczówki
- Jaskra (niekontrolowana lub kontrolowana stosowaniem leków)
- Małoocze i wielkoocze
- Zanik nerwu wzrokowego
- Uprzedni przeszczep rogówki
- Wcześniejsze schorzenia okulistyczne mogące wywierać negatywny wpływ na stabilność implantu

Podczas zabiegu operacyjnego
- Mechaniczne lub chirurgiczne manipulacje wykonywane w celu powiększenia źrenicy
- Ubytek ciała szklistego (znaczący)
- Krwotok do komory przedniej oka (znaczący)
- Niekontrolowane dodatnie ciśnienie wewnątrzgałkowe
- Powikłania, w których stabilność soczewki wewnątrzgałkowej może być upośledzona

7. Pacjenci z występującymi przez zabiegiem operacyjnym schorzeniami takimi jak uszkodzenie śródbłonka rogówki, nieprawidłowości rogówki, zwyrodnienie plamki żółtej, zwyrodnienie siatkówki, jaskra oraz zwężenie źrenicy spowodowane przewlekłym zażywaniem narkotyków mogą nie uzyskać ostrości wzroku porównywalnej do pacjentów bez tych schorzeń. Jeśli takie schorzenia występują, lekarz musi określić korzyści, jakie wynikają z implantacji soczewki.
8. Do wykonania wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej wymagany jest wysoki poziom umiejętności chirurgicznych. Chirurg przed wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej powinien obserwować wiele zabiegów wszczepienia i/lub asystować przy nich, a także powinien pomyślnie ukończyć co najmniej jeden kurs wszczepiania soczewek wewnątrzgałkowych.
9. Zabieg ten jest związany z pewnym ryzykiem, tak jak każdy zabieg chirurgiczny. Potencjalne powikłania występujące po zabiegu usunięcia katarakty lub wszczepienia implantu mogą obejmować między innymi: uszkodzenie śródbłonka rogówki, infekcję (zapalenie wnętrza gałki ocznej), odwarstwienie siatkówki, zapalenie ciała szklistego, obrzęk torbielowaty plamki, obrzęk rogówki, blok źreniczny, błona spowodowana zapaleniem ciała rzęskowego, wypadnięcie tęczówki, ropostek, przejściową lub trwałą jaskrę i konieczność wykonania ponownego zabiegu chirurgicznego. Ponowne interwencje chirurgiczne obejmują między innymi zmianę położenia soczewki, wymianę soczewki, zasysanie ciała szklistego lub irydektomię związaną z blokadą źreniczną, naprawę nieszczelności rany oraz zabieg naprawczy z powodu odwarstwienia siatkówki.
10. Należy usunąć całość preparatu wiskoelastycznego z powierzchni przednich i tylnych soczewki.

TRYB DZIAŁANIA
Soczewki wewnątrzgałkowe enVista są przeznaczone do zwijania i umieszczania w tylnej komorze oka po usunięciu krystalicznej soczewki ludzkiej z powodu zaćmy.

OBLICZANIE MOCY SOCZEWKI
Zalecana stała A na opakowaniu soczewki ma zastosowanie w pomiarach długości osiowej uzyskanych w biometrii optycznej. Wykorzystanie pomiarów długości osiowej przy innych technikach (np. biometria aplanacyjna A-scan) zwykle wymaga innej stałej soczewek. Liczba stanowi tylko wytyczną i zależy od danych klinicznych uzyskanych z biometrii optycznej soczewki wewnątrzgałkowej z wykorzystaniem IOL Master.
Moc soczewki do implantacji powinna być określona przez lekarza przed operacją. Metody obliczania mocy soczewek są opisane w następujących publikacjach:

- Hoffer K J. The Hoffer Q formula: a comparison of theoretic and regression formulas, Journal of Cataract and Refractive Surgery Vol. 19, pp. 700-712, 1993; ERRATA, Vol. 20, pp. 677, 1994.
- Holladay JT, Musgrove KH, Prager TC, Lewis JW, Chandler TY, Ruiz RS. A three-part system for refining intraocular lens power calculations. Journal of Cataract and Refractive Surgery, Vol. 14, pp. 17-24, 1988.
- Norrby NES. Unfortunate Discrepancies, Letter to the Editor and Reply by Holladay JT. Journal of Cataract and Refractive Surgery, Vol. 24, pp. 433-434, 1998.
- Olsen T, Olesen H, Thim K, and Corydon L. Prediction of pseudophakic anterior chamber depth with the newer IOL calculation formulas. Journal of Cataract and Refractive Surgery, Vol. 18, pp. 280-285, 1992.
- Retzlaff JA, Sanders DR, Kraff MC. Development of the SRK/T intraocular lens implant power calculation formula. Journal of Cataract and Refractive Surgery, Vol. 16, pp. 333-340, 1990; ERRATA, Vol. 16, pp. 528, 1990.
- Haigis W: The Haigis Formula. In: Intraocular lens power calculations. H. John Shammas (eds), Slack Incorporated, Thorofare, NJ, USA, pp. 39-57, 2004.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
1. Przed implantacją należy sprawdzić opakowanie soczewki pod kątem jej rodzaju, mocy oraz właściwego ustawienia.
2. Otworzyć zdejmowalną torebkę i wyjąć fiolkę w środowisku sterylnym.
3. Zdjąć pokrywkę z fiolki.
4. Za pomocą pary gładkich kleszczyków należy usunąć z fiolki soczewkę, delikatnie chwytając część haptyczną soczewki.
5. Przepłukać całą soczewkę zrównoważonym sterylnym roztworem soli lub sterylnym roztworem zwykłej soli fizjologicznej.
6. Zbadać dokładnie soczewkę w celu upewnienia się, że nie przylgnęły się do niej żadne cząsteczki, oraz sprawdzić powierzchnie optyczne soczewek pod kątem innych wad.
7. Soczewkę można moczyć w sterylnym, zrównoważonym roztworze soli, aż będzie gotowa do implantacji.
8. Preparaty *Amvisc*, *Amvisc Plus* i wiskoelastyczny *OcuCoat* należy stosować do smarowania przyrządu do wprowadzania podczas wprowadzania soczewki wewnątrzgałkowej.
9. Firma Bausch + Lomb zaleca stosowanie zatwierdzonego przez Bausch + Lomb przyrządu do wprowadzania soczewki.
10. Istnieją różne zabiegi chirurgiczne, które mogą być wykorzystywane, a lekarz chirurg powinien wybrać zabieg, który jest odpowiedni dla pacjenta. Chirurdzy powinni przed zabiegiem sprawdzić, czy dostępne jest odpowiednie oprzyrządowanie.

PRZEGLĄD BADAŃ KLINICZNYCH
Przeprowadzono badania kliniczne na jednoczęściowej soczewce wewnątrzgałkowej enVista (model MX60) oraz na macierzystej trzyczęściowej soczewce wewnątrzgałkowej xact X-60 (model X-60). Wyniki badań klinicznych dostarczają wystarczającej pewności, że model soczewek wewnątrzgałkowych MX60 jest bezpieczny i skuteczny w przypadku korekcji wzroku przy bezsoczewkowości po operacji zaćmy.
W badaniu klinicznym z użyciem enVista MX60 wszystkich pacjentów w zbiorze analizy bezpieczeństwa poddano ocenie błysków soczewki wewnątrzgałkowej na formularzach wizyt 3 i 4. Błyski soczewki wewnątrzgałkowej oceniano poprzez metodę retroiluminacji w badaniu lampą szczelinową, wykorzystując przewidzianą protokołem fotograficzną skalę stopniowania. Skala stopniowania składała się z (w kolejności wg stopnia ciężkości) ocen: "brak, stopień 0 (śladowy), stopień 1, 2, 3, lub 4." Nie odnotowano błysków jakiegokolwiek stopnia u żadnego z pacjentów na żadnej wizycie podczas badania klinicznego.

SPOSÓB DOSTARCZANIA
Soczewki pakowane są indywidualnie w sterylne fiolki (zawierające fizjologiczny roztwór soli), umieszczone w zdejmowalnych torebkach. Należy je otwierać wyłącznie w warunkach sterylnych. Aby zapewnić identyfikowalność soczewek, w zestawie znajduje się karta pacjenta i etykiety samoprzylepne. Opakowanie jest sterylizowane promieniami gamma.

DATA WAŻNOŚCI
Sterylność jest zagwarantowana, chyba że torebka zostanie uszkodzona lub otwarta. Data ważności opakowania soczewki jest datą ważności jałowości. Ta soczewka nie powinna być wszczepiania po wskazanej dacie ważności jałowości.

ZGŁASZANIE EFEKTÓW NIEPOŻĄDANYCH
Efekty niepożądane i/lub potencjalne powikłania stanowiące zagrożenie dla wzroku, które można w uzasadniony sposób uznać za związane z użyciem soczewek i których charakteru, ciężkości lub częstości występowania wcześniej nie przewidywano, należy w ciągu pięciu (5) dni zgłaszać do firmy Bausch + Lomb. Ta informacja jest wymagana przez wszystkich chirurgów w celu udokumentowania potencjalnych długotrwałych efektów wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej.
Aby pomóc w identyfikacji pojawiających się lub potencjalnych problemów dotyczących soczewek wewnątrzgałkowych, zachęca się lekarzy do zgłaszania doniesień o tych zdarzeniach. Problemy te mogą być zależne od określonej partii soczewek lub mogą być wskaźnikiem długoterminowych skutków związanych z tymi soczewkami lub z soczewkami wewnątrzgałkowymi w ogóle. Problemy należy zgłaszać do firmy Bausch + Lomb pod numerem 1-800-338-2020.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI PACJENTÓW ORAZ ZGŁASZANIE REJESTRACJI
Każdy pacjent otrzymujący soczewkę wewnątrzgałkową enVista musi być zarejestrowany przez firmę Bausch + Lomb w momencie wszczepiania soczewki. Rejestracja zostaje zakończona przez wypełnienie karty rejestracyjnej dołączonej do opakowania z soczewkami oraz wysłanie jej do firmy Bausch + Lomb. Rejestracja pacjenta jest niezbędna i pomoże firmie Bausch + Lomb w odpowiedzi na raporty zawierające reakcje niepożądane i/lub potencjalne powikłania zagrażające widzeniu. Karta identyfikacyjna dotycząca implantacji jest dołączona do opakowania z soczewkami i musi być wydana pacjentowi.

ZWROT PRODUKTU
Wszystkie zwrócone soczewki muszą być opatrzone numerem autoryzacji zwrotu wydanym przez dział obsługi klienta firmy Bausch + Lomb. Informacje o autoryzacji w przypadku zwrotów i polityki firmy dotyczącej zwrotów można uzyskać pod numerem telefonu 1-800-338-2020.

GWARANCJA
Firma Bausch & Lomb Incorporated gwarantuje, że w momencie dostawy soczewka wewnątrzgałkowa będzie odpowiadała wszystkim właściwym wymaganiom prawnym i specyfikacji producenta aktualnie obowiązującej dla tego typu soczewki wewnątrzgałkowej pod względem zastosowanych materiałów i będzie wolna od wad materiałowych i wykonawczych.
FIRMA BAUSCH & LOMB INCORPORATED NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRAŻONYCH BEZPOŚREDNIO, DOMNIEMANYCH LUB WYNIKAJĄCYCH ZE STOSOWNYCH PRZEPISÓW, W TYM MIĘDZY INNYMI ŻADNYCH DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA BAUSCH & LOMB INCORPORATED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, WTÓRNE, POŚREDNIE LUB PRZYKŁADOWE USZKODZENIA DOWOLNEGO RODZAJU, WYNIKAJĄCE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z ZAKUPU LUB UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA BAUSCH & LOMB INCORPORATED BYŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKIEJ STRATY, USZKODZENIA LUB WYDATKU.

SYMBOLE STOSOWANE NA ETYKIETACH

Symbol	Opis	Symbol	Opis
PC	Tylnokomorowe	$Ø_B$	Średnica trzonu (średnica optyczna)
UV	Promieniowanie ultrafioletowe	$Ø_T$	Średnica całkowita (długość całkowita)
D	Dioptrie	SN	Numer seryjny
(Green Dot symbol)	Członek programu Green Dot	Rx ONLY	Przestroga: Prawo federalne (US) ogranicza sprzedaż tego urządzenia przez lub na zamówienie lekarzy

Bausch & Lomb Incorporated
Rochester, NY 14609 USA
EC REP Bausch & Lomb GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin, Germany
Wyprodukowano w: Bausch & Lomb Incorporated, 21 Park Place Blvd. North, Clearwater, FL 33759 USA

Patenty w Stanach Zjednoczonych: 6281319 i 6635731. ®/™ są znakami towarowymi Bausch & Lomb Incorporated lub podmiotów z nią stowarzyszonych. Wszelkie inne marki/nazwy produktów są znakami towarowymi i należą do poszczególnych właścicieli. © Bausch & Lomb Incorporated.

RO

LENTILĂ INTRAOCULARĂ DE CAMERĂ POSTERIOARĂ CU ABSORBȚIA UNDELOR UV ACRILICĂ HIDROFOBĂ PLIABILĂ

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI
Lentilele intraoculare (LIO) enVista™ sunt lentile intraoculare de cameră posterioară cu absorbția undelor ultraviolete, formate dintr-o singură bucată, create pentru înlocuirea cristalinului natural la pacienți adulți a căror lentilă afectată de cataractă a fost îndepărtată.
Lentila intraoculară enVista are o optică asferică și este proiectată astfel încât să prevină aberațiile sferice.

CARACTERISTICI FIZICE ALE MODELULUI MX60 ENVISTA™

Lentile / Material haptic	Material acrilic hidrofob (copolimer hidroxietil metacrilat (HEMA)-polietilenglicol fenil eter acrilat (poli(EG)FEA)-stiren, legare încrucișată cu etilenglicol dimetacrilat)
Caracteristici ale materialului	Indice de refracție: 1,54 @ 35°C ; Gravitate specifică: 1,19 g/ml
Tip optic	Asferic
Putere	de la 0,0 la +34,0 dioptrii (de la 0,0 până la 10,0 cu incremente de 1,0 dioptrii, de la 10,0 la 30,0 cu incremente de 0,5 dioptrii și de la 30,0 la 34,0 cu incremente de 1,0 dioptrii)
Dimensiuni	Diametru corp: 6,0 mm ; Diametru totală: 12,5 mm; Unghi haptic: 0°
Transmitanță spectrală	**Raze ultraviolete:** LIO cu dioptrie +20,0 10% transmitanță la 365 nanometri Vezi figura **1** cu valoarea **X** din grafic= lungimea de undă (nm) și valoarea **Y** = Transmitanță %; graficul compară curba de transmitanță a unei lentile enVista MX60 cu a unei lentile umane a unei persoane în vârstă de 53 de ani. **A** = lentilă enVista MX60 cu dioptrie + 20 și **B** = lentilă umană a unei persoane de 53 de ani. **NOTĂ:** Valorile transmitanței luminoase pentru materialul LIO pot varia ușor în funcție de metoda de măsurare. **Referințe:** Date pentru lentilă umană a unei persoane de 53 de ani, din Boettner, E.A. and Welter, J. R., "Transmission of the Ocular Media", Investigative Ophthalmology, 1:776-783, 1962

INDICAȚII
Sunt recomandate pentru implanturi primare în vederea corecțiilor vizuale ale afachiei la pacienții adulți a căror lentilă cu cataractă a fost îndepărtată. Lentila este concepută pentru a fi amplasată în sacul capsular.

AVERTISMENTE
Medicii care iau în considerare implantul de lentilă în oricare dintre circumstanțele următoare trebuie să evalueze raportul potențial riscuri/beneficii:
1. Inflamare severă recurentă a segmentului anterior sau posterior sau uveită.
2. Pacienți la care lentilele intraoculare pot afecta posibilitatea de observare, diagnostic sau tratament pentru afecțiuni ale segmentului posterior.
3. Dificultăți chirurgicale în momentul extracției cataractei, care cresc posibilitatea apariției complicațiilor (de ex., sângerare persistentă, leziuni semnificative ale irisului, presiune pozitivă necontrolată sau prolaps ori pierdere semnificativă de umoare vitroasă).
4. Un glob ocular deformat din cauza unor traumatisme anterioare sau a unui defect de dezvoltare în care nu există posibilitatea fixării adecvate a LIO.
5. Circumstanțe care ar avea ca rezultat lezarea endoteliului în timpul implantării.
6. Suspectarea unei infecții microbiene.
7. Copiii cu vârsta mai mică de 2 ani nu sunt candidați adecvați pentru lentilele intraoculare.
8. Pacienți care nu au intacte nici capsula posterioară, nici zonule care să ofere susținere.

MĂSURI DE PRECAUȚIE
1. Nu încercați să resterilizați lentila, deoarece acest lucru se poate solda cu efecte secundare nedorite.
2. A nu se utiliza în cazul în care considerați că sterilitatea produsului sau calitatea acestuia sunt compromise din cauza deteriorării ambalajului sau dacă există semne de scurgeri (de exemplu pierderea soluției saline de păstrare sau existența cristalizării sării).
3. Nu umeziți sau nu clătiți lentila intraoculară cu nicio altă soluție diferită de soluția de săruri echilibrate sterilă sau cu soluție salină sterilă normală.
4. Nu depozitați lentila la temperaturi mai mari de 43°C (110 °F). A NU SE CONGELA. Nu autoclavați lentila intraoculară.
5. Nu reutilizați lentila. Este concepută pentru implant permanent. În cazul explantării, sterilitatea și funcționarea corespunzătoare nu pot fi garantate.